

## Příbalová informace: informace pro uživatele

*balance* 4,25% glucose, 1,75 mmol/l calcium roztok pro peritoneální dialýzu

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejně známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

### Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je *balance* a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete *balance* používat
3. Jak se přípravek *balance* používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek *balance* uchovávat
6. Obsah balení a další informace

### 1. Co je *balance* a k čemu se používá

*balance* se používá k očišťování krve pomocí pobřišnice u pacientů v konečném stádiu chronického selhání ledvin. Tento druh očišťování krve se nazývá peritoneální dialýza.

### 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete *balance* používat

**Nepoužívejte *balance* 4,25% glucose, 1,75 mmol/l calcium**

- jestliže máte **příliš nízkou hladinu draslíku v krvi**
- jestliže máte **příliš vysokou hladinu vápníku v krvi**
- jestliže máte **příliš malý objem tělních tekutin**
- jestliže máte **nízký krevní tlak**
- jestliže máte **poruchu metabolismu známou jako laktátová acidóza**

**Léčba peritoneální dialýzou nesmí být zahájena, jsou-li u Vás přítomny**

- **změny v oblasti břicha**, jako např.
  - poranění nebo stav po operaci
  - popáleniny
  - rozsáhlé zánětlivé reakce na kůži
  - zánět pobřišnice
  - nehojící se mokvající rány

- 
- pupeční, tříselná nebo brániční kýla
  - nádory v bříše nebo ve střevech
  - zánětlivé onemocnění střev
  - střevní neprůchodnost
  - onemocnění plic, zvláště zápal plic
  - bakteriemi způsobená otrava krve
  - nadměrně vysoké hladiny tuku v krvi
  - otrava způsobená močovými látkami v krvi, kterou nelze léčit očišťováním krve
  - těžká podvýživa a úbytek hmotnosti, zvláště pokud není možné zajistit dostatečný příjem stravy s obsahem bílkovin

## Upozornění a opatření

Neprodleně informujte svého lékaře

- jestliže u Vás došlo v důsledku zvracení a/nebo průjmu k **závažné ztrátě elektrolytů (solí)**
- jestliže Vaše **ledviny nemají obvyklý tvar** (polycystické ledviny)
- jestliže trpíte **zánětem pobřišnice**, který se projevuje zakaleným dialyzátem a/nebo bolestí břicha. Ukažte, prosím, vak s obsahem vypuštěného dialyzátu svému lékaři.
- jestliže trpíte **těžkou bolestí břicha, nadmutím břicha nebo zvracením**. To mohou být příznaky enkapsulující peritoneální sklerózy, což je známá vzácná komplikace peritoneální dialýzy, která může být smrtelná.

Peritoneální dialýza může vést ke **ztrátě bílkovin a vitamínů rozpustných ve vodě**.

K zabránění jejich nedostatku se doporučuje odpovídající dieta nebo užívání potravních doplňků.

Lékař u Vás bude kontrolovat rovnováhu elektrolytů (solí), funkci ledvin, tělesnou hmotnost a stav výživy.

Vzhledem k vysoké koncentraci glukózy má být *balance 4,25% glucose, 1,75 mmol/l calcium* používán opatrně a pod dohledem lékaře.

## Další léčivé přípravky a *balance*

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Protože peritoneální dialýza může ovlivnit účinky léků, může být třeba, aby Vám lékař upravil jejich dávkování. To se týká především

- **léků na srdeční selhání**, jako je např. digoxin.  
Lékař Vám bude kontrolovat hladiny draslíku v krvi a pokud to bude nezbytné, učiní vhodná opatření.
- **léků, které ovlivňují hladiny vápníku**, jako např. léky obsahující vápník nebo vitamin D.
- **léků, které zvyšují vylučování moči**, jako např. diuretik.
- **léků užívaných ústy ke snížení hladiny krevního cukru** nebo inzulin. Bude u Vás třeba pravidelně kontrolovat hladiny krevního cukru. U pacientů s diabetem může být nutné upravit denní dávku inzulinu.

---

## Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, porad'te se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Nejsou k dispozici dostatečné údaje s léčbou přípravkem *balance* u těhotných žen nebo v období kojení. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, smíte používat *balance* jen, pokud to Váš lékař považuje za zcela nezbytné.

## Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

*balance* nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

### 3. Jak se přípravek *balance* používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob, trvání a četnost používání a potřebný objem roztoku a doby prodlevy v peritoneální dutině určí Váš lékař.

Pokud se u Vás objeví tlak v břišní oblasti, může Vám lékař objem snížit.

#### Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD):

- **Dospělí:** Obvyklá dávka je 2000 až 3000 ml roztoku čtyřikrát denně v závislosti na tělesné hmotnosti a funkci ledvin.  
Roztok se ponechá v břišní dutině 2 až 10 hodin a poté se vypustí.
- **Děti:** Lékař určí potřebný objem dialyzačního roztoku v závislosti na snášenlivosti, věku, a ploše povrchu těla dítěte.  
Doporučená počáteční dávka je 600–800 ml/m<sup>2</sup> (až do 1000 ml/m<sup>2</sup> přes noc) plochy povrchu těla čtyřikrát denně.

#### Automatizovaná peritoneální dialýza (APD):

Pro tento typ dialýzy se používá systém *sleep-safe* nebo *Safe-Lock*. Výměna vaků se provádí automaticky během noci pomocí cycleru.

- **Dospělí:** Obvykle se předepisuje 2000 ml (maximum 3000 ml) na jednu výměnu, při 3–10 cyklech za noc, s dobou na cycleru 8 až 10 hodin, a jedna až dvě výměny během dne.
- **Děti:** Objem na jednu výměnu má být 800–1000 ml/m<sup>2</sup> (až do 1400 ml/m<sup>2</sup>) plochy povrchu těla, s 5–10 cykly během noci.

*balance* se podává pouze do peritoneální dutiny.

*balance* lze použít pouze v případě, že je roztok čirý a vak nepoškozený.

*balance* se dodává v dvoukomorovém vaku. Roztoky z obou komor se musí před použitím smíchat podle popsaného postupu.

## Návod k použití

#### *stay-safe* systém pro kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD):

Nejdříve zahřejte vak s roztokem na teplotu těla. K tomu má být použit vhodný ohřívač vaku. Doba zahřívání vaku závisí na jeho objemu a použitém ohřívači vaku (pro 2000ml vak

---

s počáteční teplotou 22 °C je to obvykle 120 minut). Podrobnější informace naleznete v návodu k použití ohřívače vaků. Použití mikrovlnného ohřevu není dovoleno z důvodů nebezpečí lokálního přehřátí. Po zahřátí roztoku můžete zahájit výměnu vaků.

## **1. Příprava roztoku**

► Zkontrolujte vak s ohřátým roztokem (etiketa, doba použitelnosti, čirost roztoku, neporušenost vaku a přebalu, celistvost švu). ► Položte vak na pevnou podložku. ► Otevřete ochranný přebal vaku a obal dezinfekční čepičky/uzavírací čepičky. ► Umyjte si ruce dezinfekčním mycím přípravkem ► Rolujte vak, který leží na vnějším přebalu, z okraje jedné strany, až se středový šev otevře. Roztoky z obou komor se automaticky smíchají. ► Nyní sroujte vak od horního kraje, až se zcela otevře šev dolního trojúhelníku. ► Zkontrolujte, že jsou všechny švy zcela otevřeny. ► Zkontrolujte, že je roztok čirý a vak neprosakuje.

## **2. Příprava na výměnu vaku**

► Zavěste vak s roztokem na horní závěs infúzního stojanu, rozvíjte set vaku s roztokem a vložte DISC do organizéru. Po rozvinutí setu k odpadnímu vaku zavěste odpadní vak na spodní závěs infúzního stojanu. ► Vložte konektor katetru do jednoho ze dvou vstupů organizéru. ► Vložte novou dezinfekční čepičku/uzavírací čepičku do dalšího volného vstupu organizéru. ► Vydezinfikujte si ruce a odstraňte ochrannou čepičku z DISCu. ► Připojte konektor katetru k DISCu.

## **3. Vypouštění**

► Otevřete tlačku prodloužení. Začne vypouštění. ► Poloha •

## **4. Propláchnutí**

► Po úplném vypuštění propláchněte čerstvým roztokem do odpadního vaku (asi 5 sekund).

► Poloha ●●

## **5. Napouštění**

► Zahajte napouštění otočením ovládacího přepínače. ► Poloha ○●●

## **6. Bezpečnostní krok**

► Automatické uzavření prodloužení katetru pomocí PINu. ► Poloha ●●●●

## **7. Odpojení**

► Odstraňte ochrannou čepičku z nové dezinfekční čepičky/uzavírací čepičky a našroubujte ji na použitou dezinfekční čepičku/uzavírací čepičku. ► Odšroubujte konektor katetru z DISCu a našroubujte na něj novou dezinfekční čepičku/uzavírací čepičku.

## **8. Uzavření DISCu**

► DISC uzavřete otevřeným koncem ochranné čepičky, která zůstala ve druhém otvoru organizéru.

## **9. Zkontrolujte čirot a hmotnost vypuštěného dialyzátu a je-li čirý, zlikvidujte jej.**

### ***sleep•safe systém pro automatizovanou peritoneální dialýzu (APD):***

Informace o nastavení *sleep•safe* systému naleznete v jeho návodu k obsluze.

### **3000 ml *sleep•safe* systém**

#### **1. Příprava roztoku: viz *stay•safe* systém**

#### **2. Rozvíjte set vaku.**

#### **3. Odstraňte ochrannou čepičku.**

- 
- 4. Vložte konektor vaku do volné zásuvky cycleru.**
  - 5. Nyní je vak připravený k použití se setem *sleep•safe*.**

### **5000 a 6000 ml *sleep•safe* systém**

#### **1. Příprava roztoku**

► Zkontrolujte vak s roztokem (etiketa, doba použitelnosti, čiostro roztočku, neporušenost vaku a přebalu, celistvost švu). ► Položte vak na pevnou podložku. ► Otevřete ochranný přebal vaku. ► Umyjte si ruce dezinfekčním mycím přípravkem. ► Rozvíjte středový šev a konektor vaku. ► Srolujte vak, který leží na přebalu, z diagonálního konce směrem ke konektoru vaku. Středový šev se otevře. ► Pokračujte, dokud se neotevře i šev malé komory. ► Zkontrolujte, jestli jsou všechny odstranitelné švy zcela otevřeny. ► Zkontrolujte, jestli je roztok čirý a vak neprosakuje.

**2. - 5.: viz 3000 ml *sleep•safe* systém**

**Safe•Lock systém pro automatizovanou peritoneální dialýzu (APD):**  
Informace o nastavení Safe•Lock systému naleznete v jeho návodu k obsluze.

- 1. Příprava roztoku:** viz 5000 a 6000 ml *sleep•safe* systém
- 2. Odstraňte ochrannou čepičku konektoru ze spojovacího setu.**
- 3. Připojte sety k vaku.**
- 4. Rozlomte vnitřní zámek ohnutím setu a PINu o více než 90° na obě strany.**
- 5. Vak je nyní připraven k použití.**

Každý vak smí být použit pouze jednou a jakýkoliv zbylý nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

Po náležitém zácviku je možné používat balance nezávisle doma. K tomu je nutné zajistit striktní dodržování všech kroků naučených při zácviku i hygienických podmínek při výměně vaků.

Vždy zkонтrolujte, zda není vypuštěný dialyzát zakalen. Viz bod 2.

#### **Jestliže jste užil(a) více přípravku balance než jste měl(a)**

Jestliže jste do peritoneální dutiny napustili příliš mnoho roztoku, je možné přebytek vypustit. Pokud jste použil(a) příliš mnoho vaků, obraťte se, prosím, svého lékaře, neboť by mohlo dojít k poruše rovnováhy tekutin a/nebo elektrolytů.

#### **Jestliže jste zapomněl(a) užít balance**

Snažte se dosáhnout předepsaného objemu dialyzátu za každých 24 hodin, aby se zabránilo riziku možných život ohrožujících důsledků. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárničky nebo zdravotní sestry.

### **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

---

Obecně se mohou jako důsledek léčby peritoneální dialýzou objevit následující nežádoucí účinky:

**velmi časté** (postihují více než 1 z 10 pacientů):

- zánět pobřišnice projevující se zakalením vypouštěného dialyzátu, bolestí břicha, horečkou, pocitem nevolnosti nebo velmi zřídka otravou krve.  
Ukažte, prosím, vak s obsahem vypuštěného dialyzátu svému lékaři.
- zánět kůže v místě vstupu katetru nebo podél průběhu katetru, projevující se zarudnutím, otokem, bolestí, mokváním nebo strupy.
- kýla břišní stěny.

Pokud zaznamenáte kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, neprodleně svému lékaři.

Další nežádoucí účinky léčby jsou:

**časté** (postihují až 1 z 10 pacientů):

- potíže při napouštění nebo vypouštění dialyzátu
- pocit napětí nebo plnosti v oblasti břicha
- bolest ramene

**méně časté** (postihují až 1 ze 100 pacientů):

- průjem
- zácpa

**velmi vzácné** (postihují až 1 z 10000 pacientů):

- otrava krve

**není známo** (četnost z dostupných údajů nelze určit):

- dechové potíže
- pocit nevolnosti
- enkapsulující peritoneální skleróza, možnými příznaky mohou být bolest břicha, nadmutí břicha nebo zvracení.

Při používání *balance* se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

**velmi časté** (postihují více než 1 z 10 pacientů):

- nedostatek draslíku

**časté** (postihují až 1 z 10 pacientů):

- nadbytek vápníku, pokud je příliš vysoký příjem vápníku
- vysoká hladina krevního cukru
- vysoká hladina krevních tuků
- zvýšení tělesné hmotnosti

**méně časté** (postihují až 1 ze 100 pacientů):

- příliš nízká hladina tělních tekutin, která se projevuje rychlým úbytkem tělesné hmotnosti, nízkým krevním tlakem, rychlým pulsem
- příliš vysoké hladiny tělních tekutin, které se projevují vodou ve tkáních a v plicích, vysokým krevním tlakem, dechovými potížemi
- závratě

## Hlášení nežádoucích účinků

---

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím webového formuláře [sukl.gov.cz/nezadouciucinky](http://sukl.gov.cz/nezadouciucinky)

případně na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 49/48  
100 00 Praha 10  
e-mail: [farmakovigilance@sukl.gov.cz](mailto:farmakovigilance@sukl.gov.cz)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## 5. Jak přípravek *balance* uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vaku a krabici za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě nad 4 °C.

Roztok připravený k použití má být použit bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin po smísení.

## 6. Obsah balení a další informace

### Co *balance* obsahuje

Léčivé látky v 1 litru roztoku připraveného k použití jsou:

Calcii chloridum dihydricum	0,2573 g
Natrii chloridum	5,640 g
Natrii (S)-lactatis solutio (natrii (S)-lactas 3,925 g)	7,85 g
Magnesii chloridum hexahydricum	0,1017 g
Glucosum monohydricum (glucosum 42,5 g)	46,75 g

Toto množství léčivých látek odpovídá:

1,75 mmol/l vápníku, 134 mmol/l sodíku, 0,5 mmol/l hořčíku, 101,5 mmol/l chloridu, 35 mmol/l laktátu a 235,8 mmol/l glukózy.

Dalšími složkami jsou voda pro injekci, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a hydrogenuhličitan sodný.

### Jak *balance* vypadá a co obsahuje toto balení

Roztok je čirý a bezbarvý.

Teoretická osmolarita roztoku připraveného k použití je 511 mOsm/l, pH je přibližně 7,0.

---

*balance* se dodává v dvoukomorovém vaku. Jedna komora obsahuje zásaditý roztok natrium-laktátu, druhá komora obsahuje kyselý roztok elektrolytů na bázi glukózy.

*balance* se dodává v následujících aplikačních systémech a velikostech balení v krabici:

**stay•safe:**

4 x 2000 ml  
4 x 2500 ml  
4 x 3000 ml

**sleep•safe:**

4 x 3000 ml  
2 x 5000 ml  
2 x 6000 ml

**Safe•Lock:**

2 x 5000 ml  
2 x 6000 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

**Držitel rozhodnutí o registraci**

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Německo

**Výrobce**

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Straße 6-8, 66606 St. Wendel, Německo

**Místní zástupce**

Fresenius Medical Care-ČR, s.r.o., Tel: +420 273 037 900

**Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:**

Viz konec této vícejazyčné příbalové informace.

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 12. 2024**

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv ([www.sukl.gov.cz](http://www.sukl.gov.cz)).

---

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severném Irsku) registrován pod těmito názvy:

CZ	<b><i>balance 4,25% glucose, 1,75 mmol/l calcium</i></b> roztok pro peritoneální dialýzu
DE, AT, LU	<b><i>balance 4,25% Glucose, 1,75 mmol/l Calcium</i></b> , Peritonealdialyselösung
DK	<b><i>balance 4,25 % glucose, 1,75 mmol/l calcium</i></b> , peritonealdialysevæske
EE	<b><i>balance 4,25% glükoos, 1,75 mmol/l kaltsium</i></b> , peritoneaaldialüüsilihus
EL, CY	<b><i>balance 4.25% γλυκόζη, 1.75 mmol/l ασβέστιο</i></b> , διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)
ES	<b><i>balance 4,25% glucosa, 1,75 mmol/l de calcio</i></b> , solución para diálisis peritoneal
FI	<b><i>balance 4.25 % glukoosi, 1.75 mmol/l kalsium</i></b> , peritoneaalidialyysineste
FR	<b><i>Dialyse Péritonéale Continue Ambulatoire 3</i></b> , solution pour dialyse péritonéale
HR	<b><i>balance 4,25% glukoze, 1,75 mmol/l kalcija</i></b> , otopina za peritonejsku dijalizu
HU	<b><i>balance 4,25% glükóz, 1,75 mmol/l kalcium</i></b> peritoneális dializáló oldat
IT	<b><i>equibalance 4,25% glucosio, 1,75 mmol/l calcio</i></b> , soluzione per dialisi peritoneale
LT	<b><i>balance 4,25 % gliukozės, 1,75 mmol/l kalcio</i></b> pilvaplėvės ertmės dializės tirpalas
LV	<b><i>balance 4,25% glikoze, 1,75 mmol/l kalcijis</i></b> , šķīdums peritoneālai dialīzei
NL, BE	<b><i>balance 4,25% glucose, 1,75 mmol/l calcium</i></b> , oplossing voor peritoneale dialyse
NO	<b><i>balance 4,25 % glukose, 1,75 mmol kalsium/l</i></b> , peritonealdialysevæske
PL	<b><i>balance 4,25% z 4,25% glukozą i wapniem 1,75 mmol/l</i></b> , roztwór do dializy otrzewnowej
PT	<b><i>balance 4,25% glucose, 1,75 mmol/l de cálcio</i></b> , solução para diálise peritoneal
RO	<b><i>balance 4,25% glucoză, 1,75 mmol/l calciu</i></b> soluție pentru dializă peritoneală
SE	<b><i>balance 4.25 % glucose, 1.75 mmol/l calcium</i></b> , peritonealdialysvätska
SI	<b><i>balance 42,5 mg/ml glukoze, 1,75 mmol/l kalcija</i></b> , raztopina za peritonealno dializo
SK	<b><i>balance 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium</i></b> , roztok na peritoneálnu dialýzu
UK(XI)	<b><i>balance 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium</i></b> , solution for peritoneal dialysis